ŚWIĘTO
CENTRUM REHABILITACJI
Czarniecka Góra 43
26-220 Stąporków
tel. (041) 37-41-
NIP 65

Czarniecka Góra dn. 31.01.2017 r.

Znak sprawy DT-3/2017/ZO

Wyjaśnienie nr IV

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania **„dostawa i montaż łóżek rehabilitacyjnych wraz z materacami dla potrzeb Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze"**

Zamawiający Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, bez ujawniania źródła zapytania otrzymanego w dniu 30.01.2017 r., udziela wyjaśnienia w zakresie treści zapytania ofertowego.

Pyt. 1 do SIWZ
Czy Zamawiający dopuści wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia z 20 dni od daty podpisania umowy do 50 dni od daty podpisania umowy? Akceptacja pozwoli na złożenie większej ilości ofert co wpłynie na konkurencyjność oferentów.
Odpowiedź
NIE – Zamawiający nie dopuści wydłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia z 20 dni od daty podpisania umowy do 50 dni od daty podpisania umowy

Pyt. 2 do załącznika nr 1, poz. 17
Czy Zamawiający dopuści łóżko z płaskimi odbojami zlokalizowanymi na szczytach łóżka? Niniejsze rozwiązanie jest korzystniejsze, gdyż chroni ściany przed obiciem i nie wpływa na szerokość całkowitą łóżka.
Odpowiedź
TAK – Zamawiający dopuści łóżko z płaskimi odbojami zlokalizowanymi na szczytach łóżka.

Pyt. 3 do załącznika nr 1, poz. 18
Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wykonanymi z wytrzymałego tworzywa ABS. Szczyty można łatwo demontować bez użycia narzędzi. Szczyty są odporne na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne. Oferowany materiał jest wytrzymały, oraz łatwy w dezynfekcji.
Odpowiedź
TAK – Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wykonanymi z wytrzymałego tworzywa ABS

Pyt. 4 do załącznika nr 1, poz. 19
Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulowanym segmentem wezgłowia, które jest regulowane za pomocą mechanizmu śrubowego przy użyciu korby? Akceptacja umożliwi złożenie oferty korzystnej cenowo.
Odpowiedź
NIE – Zamawiający nie dopuści łóżka z regulowanym segmentem wezgłowia, które jest regulowane za pomocą mechanizmu śrubowego przy użyciu korby.

Pyt. 5 do załącznika nr 1, poz. 20
Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego segmenty leża wypełnione są perforowaną blachą stalową malowaną proszkowo z otworami wentylacyjnymi? Akceptacja umożliwi złożenie oferty większej ilości Kontrahentów, przez co znacznie wzrośnie konkurencyjność postępowania.

Odpowiedź
NIE – Zamawiający nie dopuści łóżka, którego segmenty leża wypełnione są perforowaną blachą stalową malowaną proszkowo z otworami wentylacyjnymi.

DYREKTOR
Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji
w Czarnej Górze
inż. Jerzy Chojnacki

Cecha Agnieszka