



Czarniecka Góra dn. 08.11.2019 r.

Znak sprawy: DT-8/2019/PN

Wyjaśnienie treści SIWZ

Zamawiający, Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze w związku ze zwróceniem się przez Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem „zakup i dostawa sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze” w ramach „Projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej” na podstawie umowy Nr DFS-III.7211.211.2019 z dnia 07.10.2019 r. zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.), przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz odpowiedziami.

Pytanie nr 1 dot. Łóżka wodnego do masażu na sucho.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania bardzo dobrej jakości łóżko do suchego hydromasażu o poniższych parametrach :

- urządzenie medyczne spełniające wymagania dyrektywy medycznej (klas IIa).
- maksymalne obciążenie : 210kg
- wyposażony w dwa niezależnie kontrolowane obrotowe ramiona. Na ramionach zlokalizowane dysze i 2 niezależnie działające pompy wysokiego ciśnienia
- funkcjonalność, która pozwala użytkownikowi na przykład precyzyjnie kontrolować intensywność masażu po każdej ze stron oraz stosować najbardziej złożone techniki masażu
- różne rodzaje podstawowych masażu i parametrów pozwalające stworzyć Nielimitowaną liczbę spersonalizowanych programów masażu. Programy mogą być przypisane do klientów, korzystających z biblioteki programów
- system pozwalający na przeprowadzanie masażu z boku do środka i odwrotnie. Dzięki systemowi z dwoma pompami, dysze kontrolowane są niezależnie. Urządzenie może być stosowane do terapii jednostronnej lub obustronnej
- technologia umożliwiająca wykorzystanie technik masażu limfatycznego, które od wielu lat stosowane są przez terapeutów

G



Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

- specjalnie zaprojektowane oprogramowanie pozwala użytkownikowi konfigurować masaże z dokładnością do 1 cm
- System umożliwiający dostosowanie intensywności ciśnienia jak również szerokości i strefy, wzdłuż której przebiega masaż, nawet w trakcie trwania masażu
- możliwość przejścia na tryb manualny, nawet w trakcie trwania masażu, aby skoncentrować się na masażu wybranych miejsc.
- Intuicyjny, dotykowy panel sterowania z możliwością ustawienia w pozycji najbardziej dogodnej z punktu widzenia użytkownika
- Uchwyt dla użytkownika
- Niska wysokość urządzenia pozwalająca korzystać osobom starszym
- Odliczanie zadanego czasu
- Wymiary urządzenia [cm]: 50 x 103 x 212
- Powierzchnia membrany [cm]: 195 x 81
- Waga pusty/wypełniony [kg]: 185 / 515
- Kontrola dysz: oddzielna
- Liczba pomp:2
- Ciśnienie [bar]: 2 x 6,3 (7,4)
- Zużycie energii [kWh]: 2,8
- System chłodzenia: woda / powietrze
- Temperatura wody: programowalna
- Biblioteka medyczna: bez limitu
- Tryb manualny: do wyboru-Czytnik kart & czytnik RFID
- Możliwość podłączenia dwóch urządzeń zewnętrznych
- Kompatybilność sieciowa: LAN / WI-FI-Wbudowana zdalna pomoc techniczna
- Możliwość pracy ciągłej, urządzenie przetestowane i zakupione przez duże domy opieki i sanatoria.

Odpowiedź:

NIE – Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.

Pytanie 2 dot. Bieżni terapeutycznej do nauki chodzenia.

Czy Zamawiający dopuści do bieżni z pasem użytkowym o wymiarach : 140 x 52cm ?

9



Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Czy Zamawiający dopuści do postępowania bieżnię bez tętna?

Odpowiedź:

NIE – Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian

Pytanie nr 3 dot. Szyny kolanowej.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania szynę CPM nie posiadającą modułu dla stawu skokowego?
Szyna posiada poniższe parametry techniczne :

- obciążenie : 1-6
- maksymalna waga pacjenta : 130kg
- długość kończyny dolnej : 71-99cm-długość kości udowej : 33-46cm
- długość puszczeli: 38-53cm
- prędkość : od 45 do 155 stopni na minutę
- limit zgięcia/wyprostu kolana : -10/120 stopni
- limit zgięcia/wyprostu biodra : 10/75 stopni

Odpowiedź:

NIE – Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.

DYREKTOR
Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji
w Czarnieckiej Górze
mgr Mariusza Gil

Cechka Apnieszka