



Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Czarniecka Góra dn. 08.11.2019 r.

Znak sprawy: DT-8/2019/PN

#### Wyjaśnienie treści SIWZ

Zamawiający, Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze w związku ze zwróceniem się przez Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem *„zakup i dostawa sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze” w ramach „Projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej” na podstawie umowy Nr DFS-III.7211.211.2019 z dnia 07.10.2019 r.* zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.), przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz odpowiedziami.

#### Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści szynę kolanowa o poniższych parametrach:

Mobilizacja st. kolanowego i biodrowego

Mobilizacja st. skokowego

Możliwość współpracy z Kartą Pamięci

Regulacja prędkości w trakcie zgięcia-wyprostu

Regulacja siły

Regulacja czasu trwania ćwiczeń

Automatyczne zwiększenie wyprostu

Automatyczne zwiększenie zgięcia

Przerwa w trakcie wyprostu

Przerwa w trakcie zgięcia

Funkcja rozgrzewki „Warm up” za pomocą klawisza

Regulacja podpory stopy

Limit automatycznego wzrostu zgięcia



Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Limit automatycznego wzrostu wyprostu

Powtórzenia ruchu na limicie zgięcia

Powtórzenia ruchu na limicie wyprostu

Zakres ruchu w st. kolanowym 0° , 110°

Zakres ruchu w st. skokowym -20° , - 40°

Zakres ruchu w st. biodrowym 7° , 115°

Prędkość ruchu 0.8°/sekundę , 3,5°/sekundę

Siła 0 – 40kg

Zasilanie 220V/60Hz

Klasa 1B Standard EN60601-1

Waga 14 kg

Konstrukcja wymagająca zmiany ustawień dla kończyny prawej i lewej

Odpowiedź pozytywna na to pytanie umożliwi zaproponowanie urządzenia, które w takim samym stopniu jest funkcjonalne i można na nim wykonywać te same zabiegi rehabilitacyjne pacjenta, tej samej kończyny. Tym samym Zamawiający otrzyma ofertę, na zasadzie równoważności, urządzenie o tej samej klasie zgodnie z zasadą zachowania konkurencyjności.

**Odpowiedź:**

Nie – Zamawiający zapisy SWIZ pozostawia bez zmian

**DYREKTOR**  
Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji  
w Czarnieckiej Górze

*mgr Mariusz Gil*

Kierownik Działu Rehabilitacji

*J. Zwolański*  
mgr Józef Zwolański